

32020613300006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验室账号代码:	QYD-32-051	
填表人:	韩明霞		审核人:	周伟伟		
样品类型:	地下水		检测项目:	氟化物		
分析方法:	水质 氟化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		检测时间:	2020.06.13		
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/L)	检出限(mg/L)	结果评价	合格率%
	XEFO613SKB01 (实验室空白)	氟化物	ND	0.004	合格	100
	XEFO613SKB02 (实验室空白)	氟化物	ND	0.004	合格	
XEFO505111 (全程序空白)	氟化物	ND	0.004	合格		
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对偏差RD(%)	合格率%
	XEFO505109	氟化物	ND	ND	/	100
	以下空白					
准确度试验 (必填)	样品编号	检测项目	样品检测结果(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)	合格率%
	以下空白					100
异常样品复检 (选填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/L)	检测结果(mg/L)	相对误差RE(%)	合格率%
	MY200509-01	氟化物	0.144±0.012	0.145	0.7	100
	以下空白					
	样品编号	检测项目	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	相对偏差(%)	复检合格率(%)
	以下空白					

检测专用章



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		地下水		检测项目:		pH值	
分析方法:		水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986		检测时间:		2020.06.13	
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	内部平行样品编号	检测值A(无量纲)	检测值B(无量纲)	绝对差值(无量纲)	结果评价
	XE0505108	pH值	XE0505108-PX	7.54	7.53	0.0	合格
	样品编号	检测项目	加标量(无量纲)	样品检测结果(无量纲)	加标样品检测结果(无量纲)	加标回收率(%)	结果评价
	以下空白						
准确度试验 (必填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(无量纲)	检测结果(无量纲)		相对误差RE(%)	结果评价
	MY190722-01	pH值	7.35±0.08	7.31		/	合格
异常样品复检 (选填)	样品编号	检测项目	复检日期	基本值A(无量纲)	复测值B(无量纲)	绝对差值(无量纲)	结果评价
	以下空白						
						合格率%	100
						合格率%	100



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中世检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		地下水		检测项目:		氟化物	
分析方法:		水质 氧化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		检测时间:		2020.06.13	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/L)	结果评价	合格率%		
	XE0613SKB01 (实验室空白)	氟化物	ND	合格	100		
	XE0613SKB02 (实验室空白)	氟化物	ND	合格			
	XE0613SKB03 (实验室空白)	氟化物	ND	合格			
精密密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%
	XE0505109	氟化物	ND	ND	/	合格	100
	以下空白						
	样品编号	检测项目	加标量(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)	结果评价	合格率%
准确度试验 (必填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/L)	检测结果(mg/L)	相对误差RE(%)	结果评价	合格率%
	MY200509-01	氟化物	0.144±0.012	0.145	0.7	合格	100
	以下空白						
	样品编号	检测项目	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	相对偏差(%)	结果评价	复检合格率(%)
异常样品复检 (选填)	以下空白						



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		地下水		检测项目:		六价铬	
分析方法:		水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		检测时间:		2020.06.13	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/L)	检出限(mg/L)	结果评价	合格率%	
	XEFO613SKB01 (实验室空白)	六价铬	ND	0.004	合格	100	
	XEFO613SKB02 (实验室空白)	六价铬	ND	0.004	合格		
	XEFO505128 (全程序空白)	六价铬	ND	0.004	合格		
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%
	XEFO505124	六价铬	0.047	0.045	2.2	合格	100
	以下空白						
	样品编号	检测项目	样品检测结果(mg/L)	加标量(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)	
准确度测试 (必填)	标准物质编号	检测项目	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对误差RE(%)	结果评价	合格率%
	MY190727-15	六价铬		79.4	-0.9	合格	100
	以下空白						
	样品编号	检测项目	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	相对偏差(%)	结果评价	
异常样品复检 (选填)	以下空白						



B2020061330006地块质量控制报告									
检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司			实验室账号代码:		QYD-32-051		
填表人:		韩明霞			审核人:		周伟伟		
样品类型:		地下水			检测项目:		铜		
分析方法:		水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987			检测时间:		2020.06.13		
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目		试验结果(mg/L)	检出限(mg/L)	结果评价	合格率%		
	XE0613SKB01 (实验室空白)	铜		ND	0.05	合格	100		
	XE0613SKB02 (实验室空白)	铜		ND	0.05	合格			
	XE0505119 (全程序空白)	铜		ND	0.05	合格			
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	内部平行样品编号	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%	
	XE0505119	铜	XE0505119-PX	ND	ND	/	合格	100	
	以下空白								
	样品编号	检测项目	加标量(mg/L)	样品检测结果(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)	结果评价		
准确度测试 (必填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/L)	检测结果(mg/L)	相对误差RE(%)	结果评价	合格率%		
	MY191205-06	铜	0.361±0.015	0.348	-3.6	合格	100		
	以下空白								
	样品编号	检测项目	复验日期	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	相对偏差(%)		结果评价	
异常样品复检 (必填)	以下空白						复检合格率(%)		



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验室账号代码:	QYD-32-051	
填表人:	韩明霞		审核人:	周伟伟		
样品类型:	地下水		检测项目:	镍		
分析方法:	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		检测时间:	2020.06.13		
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/L)	检出限(mg/L)	结果评价	合格率%
	XE0613SKB01 (实验室空白)	镍	ND	0.007	合格	100
	XE0613SKB02 (实验室空白)	镍	ND	0.007	合格	
	XE0505119 (全程序空白)	镍	ND	0.007	合格	
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对偏差RD(%)	合格率%
	XE0505120	镍	0.038	0.038	0.0	100
	以下空白				合格	
	样品编号	检测项目	样品检测结果(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)	
准确度试验 (必填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/L)	检测结果(mg/L)	相对误差RE(%)	合格率%
	MY181225-09	镍	1.51±0.08	1.51	0.0	100
	以下空白				合格	
	样品编号	检测项目	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	相对偏差(%)	
异常样品复检 (选填)	以下空白					复检合格率%



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验室账号代码:	QYD-32-051
填表人:	韩明霞		审核人:	周伟伟	
样品类型:	地下水		检测项目:	锰	
分析方法:	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		检测时间:	2020.06.13	检测人员: 任静
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/L)	检出限(mg/L)	结果评价
	XE0613SKB01 (实验室空白)	锰	ND	0.01	合格
	XE0613SKB02 (实验室空白)	锰	ND	0.01	合格
	XE0613SKB03 (实验室空白)	锰	ND	0.01	合格
精密密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	结果评价
	XE0505120	锰	0.70	0.69	合格
	以下空白				
	样品编号	检测项目	样品检测结果(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	结果评价
准确度试验 (必填)	以下空白				
	标准物质编号	检测项目	检测值及其不确定度(mg/L)	相对误差RE(%)	结果评价
	MY180622-41	锰	1.52±0.06	2.6	合格
	以下空白				
异常样品复检 (选填)	样品编号	检测项目	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	结果评价
	以下空白				复检合格率(%)



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		地下水		检测项目:		锡	
分析方法:		水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		检测时间:		2020.06.13	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/L)	检出限(mg/L)	结果评价	合格率%	
	XEFO613SKB01 (实验室空白)	锡	ND	0.04	合格	100	
	XEFO613SKB02 (实验室空白)	锡	ND	0.04	合格		
	XEFO505119 (全程序空白)	锡	ND	0.04	合格		
精密度测试 (必填)	样品编号	内部平行样品编号	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%
	XEFO505120	XEFO505120-PX	0.09	0.09	0.0	合格	100
	以下空白						
	样品编号	加标量(ug)	样品检测结果(ug)	加标样品检测结果(ug)	加标回收率(%)	结果评价	合格率%
XEFO505120B	50.0	0.0	50.7	101.4	合格	100	
以下空白							
准确度测试 (必填)	标准物质编号	标准值及其不确定度(mg/L)	检测结果(mg/L)		相对误差RE(%)	结果评价	合格率%
	以下空白						
异常样品复检 (选填)	样品编号	复检日期	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	相对偏差(%)	结果评价	复检合格率(%)
	以下空白						



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告										
检测实验室(盖章):			无锡市中证检测技术有限公司			实验室账号代码:		QYD-32-051		
填表人:			韩明霞			审核人:		周伟伟		
样品类型:			地下水			检测项目:		银		
分析方法:			水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015			检测时间:		2020.06.13		
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/L)		检出限(mg/L)	结果评价	合格率%			
	XE0613SKB01 (实验室空白)	银	ND		0.03	合格	100			
	XE0613SKB02 (实验室空白)	银	ND		0.03	合格				
	XE0613SKB03 (实验室空白)	银	ND		0.03	合格				
精密度测试 (必填)	以下空白									
	样品编号	内部平行样品编号	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%			
	XE0505120	XE0505120-PX	ND	ND	/	合格	100			
	以下空白									
准确度测试 (必填)	样品编号	加标量(mg/L)	样品检测结果(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)	结果评价	合格率%			
	以下空白									
	标准物质编号	标准值及其不确定度(mg/L)	检测值(mg/L)	复测值(mg/L)	相对误差RE(%)	结果评价		合格率%		
	MY180522-03	0.348±0.018	0.335		-3.7	合格		100		
异常样品复检 (选填)	以下空白									
	样品编号	复检日期	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	相对偏差(%)	结果评价		复检合格率(%)		
	以下空白									



3202061330006地块质量控制报告									
检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司			实验室账号代码:		-QYD-32-051		
填表人:		韩明霞			审核人:		周伟伟		
样品类型:		地下水			检测项目:		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		
分析方法:		水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017			检测时间:		2020.07.06		
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目			试验结果(mg/L)	检出限(mg/L)	结果评价	合格率%	
	XEG0706SKB03 (实验室空白)	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)			ND	0.01	合格	100	
	XEF0505115 (全程序空白)	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)			ND	0.01	合格		
精密密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	内部平行样品编号	检测值A(mg/L)	检测值B(mg/L)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%	
	XEF0505118	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	XEF0505118PX	0.46	0.51	5.2	合格	100	
	以下空白								
准确度测试 (必填)	样品编号	检测项目	加标量(mg/L)	样品检测结果(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)	结果评价	合格率%	
	XEF0505118JB	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	930.0	475.31	1217.6	79.8	合格	100	
	以下空白								
异常样品复检 (选填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/L)	检测结果(mg/L)		相对误差RE(%)	结果评价	合格率%	
	以下空白								
异常样品复检 (选填)	样品编号	检测项目	复检日期	基本值A(mg/L)	复测值B(mg/L)	相对偏差 (%)	结果评价	复检合格率(%)	
	以下空白								



检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		土壤		检测项目:		pH值	
分析方法:		土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018		检测时间:		2020.07.15	
精密度测试 (必填)	样品编号	内部平行样品编号	检测值A(无量纲)	检测值B(无量纲)	绝对差值(无量纲)	结果评价	合格率%
	XEFO50518	XEFO50518PX	7.53	7.53	0.0	合格	100
	XEFO50588	XEFO50588PX	8.08	8.09	0.01	合格	
准确度试验 (必填)	样品编号	加标量(μg)	样品检测结果(无量纲)	加标样品检测结果(无量纲)	加标回收率(%)	结果评价	合格率%
	以下空白						合格
	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(无量纲)	检测结果(无量纲)	相对误差RE(%)	结果评价	
异常样品复检 (选填)	MY190722-02	pH值	7.35±0.08	7.36	/	合格	100
	以下空白						复检合格率(%)
	样品编号	检测项目	复检日期	基本值A(无量纲)	复测值B(无量纲)	绝对差值(无量纲)	
	以下空白						



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验账号代码:	QYD-32-051	
填表人:	韩明霞		审核人:	周伟伟		
样品类型:	土壤		检测项目:	氰化物		
分析方法:	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015		检测时间:	2020.06.06-2020.06.07		
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/kg)	检出限(mg/kg)	结果评价	合格率%
	XEFO606TKB01 (实验室空白)	氰化物	ND	0.04	合格	100
	XEFO606TKB02 (实验室空白)	氰化物	ND	0.04	合格	
	XEFO607TKB01 (实验室空白)	氰化物	ND	0.04	合格	
精密度测试 (必填)	以下空白	氰化物	ND	0.04	合格	100
	样品编号	检测项目	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	结果评价	
	XEFO50510	氰化物	ND	ND	合格	
	XEFO50556	氰化物	ND	ND	合格	
准确度测试 (必填)	XEFO50570	氰化物	ND	ND	合格	100
	以下空白	加标量(μg)	样品检测结果(μg)	加标样品检测结果(μg)	结果评价	
	样品编号	加标量(μg)	样品检测结果(μg)	加标样品检测结果(μg)	结果评价	
	XEFO50510JB	1.0	0.0346	1.012	合格	
标准物质复 检(选填)	XEFO50556JB	1.0	0.0346	1.044	合格	100
	XEFO50570JB	1.0	0.0281	1.012	合格	
	以下空白	标准值及其不确定度(mg/kg)	检测结果(mg/kg)	相对误差RE(%)	结果评价	
	标准物质编号	标准值及其不确定度(mg/kg)	检测结果(mg/kg)	相对误差RE(%)	结果评价	合格率%
异常样品复 检(选填)	以下空白	检测项目	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	结果评价	复检合格率(%)
	样品编号	检测项目	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	结果评价	
	以下空白	检测项目	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	结果评价	
	以下空白	检测项目	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	结果评价	复检合格率(%)



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中正检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		土壤		检测项目:		六价铬	
分析方法:		固体废物六价铬的测定 碱消解火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014		检测时间:		2020.06.09	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/kg)	检出限(mg/kg)	结果评价	合格率%	100
	XEFO606TKB01 (实验室空白)	六价铬	ND	2	合格		
	XEFO606TKB02 (实验室空白)	六价铬	ND	2	合格		
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%
	XEFO50518	六价铬	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50588	六价铬	ND	ND	/	合格	
	XEFO50598	六价铬	ND	ND	/	合格	
		以下空白					
样品编号		检测项目	样品检测结果(μg)	加标样品检测结果(μg)	加标回收率(%)	结果评价	合格率%
以下空白							
准确度试验 (必填)	标准物质编号	检测项目	检测结果(mg/kg)	相对误差RE(%)	结果评价	合格率%	100
	MY200302-01	六价铬	128	-5.2	合格	100	
	MY200302-01	六价铬	129	-4.4	合格		
异常样品复检 (选填)	样品编号	检测项目	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	相对偏差(%)	结果评价	复检合格率(%)
	以下空白						



3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		·实验室账号代码:		QYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		土壤		检测项目:		铜	
分析方法:		土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		检测时间:		2020.08.01	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目		试验结果(mg/kg)		结果评价	
	XEG0730TKB01 (实验室空白)	铜		ND		合格	
	XEG0730TKB02 (实验室空白)	铜		ND		合格	
	以下空白					100	
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目		检测值A(mg/kg)		检测值B(mg/kg)	
	XEF050518	铜		32		32	
	XEF050594	铜		29		29	
	以下空白						
准确度试验 (必填)	样品编号	检测项目		加标量(μg)		加标样品检测结果(μg)	
	以下空白						
	标准物质编号	检测项目		标准值及其不确定度(mg/kg)		检测结果(mg/kg)	
	GSS-32	铜		26±2		25	
异常样品复检 (选填)	GSS-32	铜		26±2		24	
	以下空白						
	样品编号	检测项目		复检日期		基本值A(mg/kg)	
	以下空白					复测值B(mg/kg)	
				相对偏差RE(%)		结果评价	
				-3.8		合格	
				-7.7		合格	
				加标回收率(%)		结果评价	
						合格	
				相对偏差(%)		结果评价	
						合格	
				复测值B(mg/kg)		复测合格率(%)	
						100	



3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中正检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		土壤		检测项目:		锌	
分析方法:		土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		检测时间:		2020.08.03	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目		试验结果(mg/kg)		合格率%	
	XEG0730TKB01 (实验室空白)	锌		ND		合格	
	XEG0730TKB02 (实验室空白)	锌		ND		合格	
	以下空白					100	
精密测试 (必填)	样品编号	检测项目		检测值A(mg/kg)		检测值B(mg/kg)	
	XE050518	锌		93		90	
	XE050594	锌		96		96	
	以下空白						
准确度试验 (必填)	样品编号	检测项目		样品检测结果(μg)		加标样品检测结果(μg)	
	以下空白						
	标准物质编号	检测项目		标准值及其不确定度(mg/kg)		检测结果(mg/kg)	
	GSS-32	锌		64±5		69	
异常样品复检 (选填)	GSS-32	锌		64±5		69	
	以下空白						
	样品编号	检测项目		基本值A(mg/kg)		复测值B(mg/kg)	
	以下空白						
				相对误差RE(%)		合格率%	
				7.8		合格	
				7.8		合格	
				相对偏差(%)		复检合格率(%)	



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告											
检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司				实验室账号代码:		QYD-32-051			
填表人:		韩明霞				审核人:		周伟伟			
样品类型:		土壤				检测项目:		镍			
分析方法:		HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法				检测时间:		2020.08.03			
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目		试验结果(mg/kg)		检出限(mg/kg)		结果评价		合格率%	
	XEG0730TKB01 (实验室空白)	镍		ND		3	合格		100		
	XEG0730TKB02 (实验室空白)	镍		ND		3	合格				
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	内部平行样品编号	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	相对偏差RD(%)		结果评价		合格率%	
	XEF050518	镍	XEF050518-PX	28	27	1.8		合格		100	
	XEF050594	镍	XEF050594-PX	25	27	3.8		合格			
准确度试验 (必填)	样品编号	检测项目	加标量(μg)	样品检测结果(μg)	加标样品检测结果(μg)		加标回收率(%)		结果评价		合格率%
	以下空白										
异常样品复检 (选填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/kg)	检测结果(mg/kg)		相对误差RE(%)		结果评价		合格率%	
	GSS-32	镍	37±2	36		-2.7		合格		100	
	GSS-32	镍	37±2	36		-2.7		合格			
异常样品复检 (选填)	以下空白			基本值A(mg/kg)		复测值B(mg/kg)		相对偏差(%)		复检合格率(%)	
	样品编号	检测项目	复检日期								
	以下空白										



扫描全能王 创建

32020613300006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验账号代码:		QYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		土壤		检测项目:		铅	
分析方法:		土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		检测时间:		2020.08.03	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目		试验结果(mg/kg)		结果评价	
	XEG0730TKB01 (实验室空白)	铅		ND		合格	
	XEG0730TKB02 (实验室空白)	铅		ND		合格	
	以下空白						
精密度测试 (必填)	样品编号	内部平行样品编号		检测值A(mg/kg)		检测值B(mg/kg)	
	XEF050518	XEF050518-PX		24.2		20.3	
	XEF050594	XEF050594-PX		19.9		19.7	
	以下空白						
准确度试验 (必填)	样品编号	加标量(μg)		样品检测结果(μg)		加标回收率(%)	
	以下空白						
标准物质试验 (必填)	标准物质编号	标准值及其不确定度(mg/kg)		检测结果(mg/kg)		相对误差RE(%)	
	GSS-32	26±2		24.5		-5.8	
	GSS-32	26±2		26.5		1.9	
	以下空白						
异常样品复检 (选填)	样品编号	复检日期		基本值A(mg/kg)		复测值B(mg/kg)	
	以下空白						



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中恒检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法		检测项目:		镉	
分析方法:		GB/T 17141-1997		检测时间:		2020.08.03	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/kg)	检出限(mg/kg)	结果评价	合格率%	
	XEG0730TKB01 (实验室空白)	镉	ND	0.01	合格		
	XEG0730TKB02 (实验室空白)	镉	ND	0.01	合格	100	
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	结果评价	合格率%	
	XE050518	镉	0.14	0.11	合格		
	XE050594	镉	0.11	0.12	合格	100	
准确度测试 (必填)	样品编号	检测项目	样品检测结果(μg)	加标样品检测结果(μg)	结果评价	合格率%	
	以下空白	加标量(μg)		加标回收率(%)			
标准物质复 检(选填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/kg)	检测结果(mg/kg)	结果评价	合格率%	
	GSS-32	镉	0.066±0.007	0.064	合格		
	GSS-32	镉	0.066±0.007	0.064	合格	100	
异常样品复 检(选填)	样品编号	检测项目	复检日期	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	复检合格率(%)	
	以下空白						



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYYD-32-051	
填表人:		韩明霞		审核人:		周伟伟	
样品类型:		土壤		检测项目:		银	
分析方法:		土壤的酸消解法 电感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-OES) USEPA 3050B:1996 USEPA 6010D:2014		检测时间:		2020.08.01	
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	检测结果(mg/kg)	试验评价	合格率%		
	XEH0801TKB01 (实验室空白)	银	ND	合格	100		
	XEH0801TKB02 (实验室空白)	银	ND	合格	100		
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%
	XEF050518	银	ND	ND	/	合格	100
	XEF050594	银	ND	ND	/	合格	100
准确度测试 (必填)	样品编号	检测项目	加标量(μg)	样品检测结果(μg)	加标回收率(%)	结果评价	合格率%
	XEF050519JB	银	25.0	0	99.6	合格	100
	XEF050595JB	银	25.0	0	100.0	合格	100
异常样品复检 (选填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/kg)	检测结果(mg/kg)	相对误差RE(%)	结果评价	合格率%
	以下空白						
	样品编号	检测项目	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	相对偏差(%)	结果评价	复检合格率%
	以下空白						



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中正检测技术有限公司		实验室账号代码: QYD-32-051		
填表人:		韩明霞		审核人: 周伟伟		
样品类型:		土壤		检测项目: 砷		
分析方法:		土壤和沉积物 汞、砷、镉、锑、锇的测定 微波消解 原子荧光法		检测人员: 吕在艳		
HJ 680-2013		检测时间: 2020.08.01				
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/kg)	检出限(mg/kg)	结果评价	合格率%
	XEG073ITKB01 (实验室空白)	砷	ND	0.01	合格	100
	XEG073ITKB02 (实验室空白)	砷	ND	0.01	合格	
	XEG073ITKB03 (实验室空白)	砷	ND	0.01	合格	
精密度测试 (必填)	样品编号	内部平行样品编号	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	相对偏差RD(%)	合格率%
	XEF050518	XEF050518-PX	9.38	9.51	0.7	100
	XEF050594	XEF050594-PX	5.37	6.00	5.5	
	以下空白					
准确度测试 (必填)	样品编号	加标量(μg)	样品检测结果(μg)	加标样品检测结果(μg)	加标回收率(%)	合格率%
	以下空白					
标准物质试验 (必填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/kg)	检测结果(mg/kg)	相对误差RE(%)	合格率%
	GSS-32	砷	12.7±0.7	12.7	0.0	100
	GSS-32	砷	12.7±0.7	12.1	-4.7	
	以下空白					
异常样品复检 (选填)	样品编号	检测项目	复检日期	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	复检合格率(%)
	以下空白					



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告									
检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司				实验室账号代码:		QYYD-32-051	
填表人:		韩明霞				审核人:		周伟伟	
样品类型:		土壤和沉积物 汞、砷、镉、锑的测定 微波消解 原子荧光法				检测项目:		汞	
分析方法:		HJ 680-2013		检测时间:		2020.07.31		检测人员:	
空白样品编号		检测项目		试验结果(mg/kg)		检出限(mg/kg)		结果评价	
XEG0731TKB01 (实验室空白)		汞		ND		0.002		合格	
XEG0731TKB02 (实验室空白)		汞		ND		0.002		合格	
XEG0731TKB03 (实验室空白)		汞		ND		0.002		合格	
以下空白									
样品编号		内部平行样品编号		检测值A(mg/kg)		检测值B(mg/kg)		结果评价	
XEF050518		XEF050518-PX		0.078		0.065		合格	
XEF050594		XEF050594-PX		0.060		0.064		合格	
以下空白									
样品编号		加标量(μg)		样品检测结果(μg)		加标样品检测结果(μg)		加标回收率(%)	
以下空白									
标准物质编号		检测项目		标准值及其不确定度(mg/kg)		检测结果(mg/kg)		相对误差RE(%)	
GSS-32		汞		0.026±0.003		0.027		3.8	
GSS-32		汞		0.026±0.003		0.026		0.0	
以下空白									
样品编号		检测项目		基本值A(mg/kg)		复测值B(mg/kg)		相对偏差(%)	
以下空白									
异常样品复检(必填)		检测项目		结果评价		结果评价		复检合格率(%)	



扫描全能王 创建

3202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中证检测技术有限公司		实验账号代码:	QYD-32-051
填表人:	韩明霞		审核人:		周伟伟
样品类型:	土壤		检测项目:		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)
分析方法:	土壤和沉积物石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019		检测时间:	2020.06.21	检测人员:
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	试验结果(mg/kg)	检出限(mg/kg)	合格率%
	XE0621TKB03 (实验室空白)	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	ND	6	合格
	XE0621TKB04 (实验室空白)	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	ND	6	合格
	以下空白				
精密测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	合格率%
	XE050515	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	49	49	合格
	XE050517	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	56	52	合格
	XE050581	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	32	34	合格
	XE050583	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	61	56	合格
准确度试验 (必填)	样品编号	检测项目	加标量(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)
	XE050516JB	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	310	772	88.8
	XE050517JB	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	310	687	88.3
	以下空白				
异常样品复检 (选填)	标准物质编号	检测项目	检测结果(mg/kg)		合格率%
	以下空白				
	样品编号	检测项目	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	复检合格率(%)
	以下空白				



扫描全能王 创建

13202061330006地块质量控制报告

检测实验室(盖章):		无锡市中正检测技术有限公司		实验室账号代码:		QYD-32-051	
填表人:	韩明霞			审核人:	周伟伟		
样品类型:	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法						
分析方法:	HJ 605-2011		检测时间:	2020.06.07~2020.06.10		挥发性有机物	
空白样品编号		检测项目	试验结果(mg/kg)	检出限(mg/kg)	结果评价	合格率%	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		氯甲烷	ND	0.0010	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		氯乙烷	ND	0.0010	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,1-二氯乙烷	ND	0.0010	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		二氯甲烷	ND	0.0015	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		反式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0014	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,1-二氯乙烷	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		顺式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0014	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		氯仿	ND	0.0011	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,2-二氯乙烷	ND	0.0013	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,1,1-三氯乙烷	ND	0.0013	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		四氯化碳	ND	0.0013	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		苯	ND	0.0019	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,2-二氯丙烷	ND	0.0011	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		三氯乙烷	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,1,2-三氯乙烷	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		甲苯	ND	0.0013	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		四氯乙烷	ND	0.0014	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,1,1,2-四氯乙烷	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		氯苯	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		乙苯	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		间,对-二甲苯	ND	0.0024	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		苯乙烷	ND	0.0011	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		邻二甲苯	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,1,2,2-四氯乙烷	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,2,3-三氯丙烷	ND	0.0012	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,4-二氯苯	ND	0.0015	合格	100	
XEFO607TKB01 (实验室空白)		1,2-二氯苯	ND	0.0015	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		氯甲烷	ND	0.0010	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		氯乙烷	ND	0.0010	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		1,1-二氯乙烷	ND	0.0010	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		二氯甲烷	ND	0.0015	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		反式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0014	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		1,1-二氯乙烷	ND	0.0012	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		顺式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0014	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		氯仿	ND	0.0011	合格	100	
XEFO610TKB01 (实验室空白)		1,2-二氯乙烷	ND	0.0013	合格	100	

空白试验
(必填)



扫描全能王 创建

XEFO50545 (全程序空白)	二氯甲烷	ND	0.0015	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	反式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0014	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,1-二氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	顺式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0014	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	氯仿	ND	0.0011	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,2-二氯乙烷	ND	0.0013	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,1,1-三氯乙烷	ND	0.0013	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	四氯化碳	ND	0.0013	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	苯	ND	0.0019	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,2-二氯丙烷	ND	0.0011	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	三氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,1,2-三氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	甲苯	ND	0.0013	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	四氯乙烷	ND	0.0014	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,1,1,2-四氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	氯苯	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	乙苯	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	间,对-二甲苯	ND	0.0024	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	苯乙烯	ND	0.0011	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	邻二甲苯	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,2,3-三氯丙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,4-二氯苯	ND	0.0015	合格	100
XEFO50545 (全程序空白)	1,2-二氯苯	ND	0.0015	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	氯甲烷	ND	0.0010	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	氯乙烯	ND	0.0010	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	1,1-二氯乙烷	ND	0.0010	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	二氯甲烷	ND	0.0015	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	反式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0014	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	1,1-二氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	顺式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0011	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	氯仿	ND	0.0013	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	1,2-二氯乙烷	ND	0.0013	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	1,1,1-三氯乙烷	ND	0.0013	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	四氯化碳	ND	0.0019	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	苯	ND	0.0011	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	1,2-二氯丙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	三氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	1,1,2-三氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	甲苯	ND	0.0013	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	四氯乙烷	ND	0.0014	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	1,1,1,2-四氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	氯苯	ND	0.0012	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	乙苯	ND	0.0012	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	间,对-二甲苯	ND	0.0024	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	苯乙烯	ND	0.0011	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	邻二甲苯	ND	0.0012	合格	100
XEFO50522 (运输空白)	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	0.0012	合格	100

空白试验
(必填)



扫描全能王 创建

空白试验 (必填)	XEFO50522 (运输空白)	1,2,3-三氯丙烷	ND	0.0012	合格	100
	XEFO50522 (运输空白)	1,4-二氯苯	ND	0.0015	合格	100
	XEFO50522 (运输空白)	1,2-二氯苯	ND	0.0015	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	氯甲烷	ND	0.0010	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	氯乙烷	ND	0.0010	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,1-二氯乙烷	ND	0.0010	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	二氯甲烷	ND	0.0010	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	反式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0015	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,1-二氯乙烷	ND	0.0014	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	顺式-1,2-二氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	氯仿	ND	0.0014	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,2-二氯乙烷	ND	0.0011	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,1,1-三氯乙烷	ND	0.0013	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	四氯化碳	ND	0.0013	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,2-二氯丙烷	ND	0.0013	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	三氯乙烷	ND	0.0011	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,1,2-三氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	甲苯	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	四氯乙烷	ND	0.0013	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,1,1,2-四氯乙烷	ND	0.0014	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	氯苯	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	乙苯	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	间,对-二甲苯	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	苯乙烷	ND	0.0024	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	邻二甲苯	ND	0.0011	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,2,3-三氯丙烷	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,4-二氯苯	ND	0.0012	合格	100
	XEFO505104 (运输空白)	1,2-二氯苯	ND	0.0015	合格	100
精密度测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	相对偏差RD(%)	合格率%
	XEFO50540	氯甲烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,1-二氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	二氯甲烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	反式-1,2-二氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,1-二氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	顺式-1,2-二氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	氯仿	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,2-二氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	四氯化碳	ND	ND	/	100
	XEFO50540	苯	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,2-二氯丙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	三氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	甲苯	ND	ND	/	100
	XEFO50540	二甲苯	ND	ND	/	100
	XEFO50540	氯苯	ND	ND	/	100
	XEFO50540	乙苯	ND	ND	/	100
	XEFO50540	间,对-二甲苯	ND	ND	/	100
	XEFO50540	苯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	邻二甲苯	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,4-二氯苯	ND	ND	/	100
	XEFO50540	1,2-二氯苯	ND	ND	/	100



精密测试 (必填)	XEFO50540	四氯乙烯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	1,1,1,2-四氯乙烯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	氯苯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	乙苯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	间,对-二甲苯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	苯乙烯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	邻二甲苯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	1,1,2,2-四氯乙烯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	1,2,3-三氯丙烷	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	1,4-二氯苯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50540	1,2-二氯苯	XEFO50540PX	ND	ND	/	合格	100
	以下空白			ND	ND	/	合格	100
	样品编号	检测项目	加标量(μg/L)	样品检测结果(μg/L)	加标样品检测结果(μg/L)	加标回收率(%)	结果评价	合格率%
	XEFO50505JB	氯甲烷	50.0	0.43	57.91	115.0	合格	100
	XEFO50505JB	氯乙烷	50.0	0.00	50.63	101.3	合格	100
准确度试验 (必填)	XEFO50505JB	1,1-二氯乙烯	50.0	0.60	58.21	115.2	合格	100
	XEFO50505JB	二氯甲烷	50.0	0.00	51.72	103.4	合格	100
	XEFO50505JB	反式-1,2-二氯乙烯	50.0	0.60	53.95	106.7	合格	100
	XEFO50505JB	1,1-二氯乙烯	50.0	0.35	53.92	107.1	合格	100
	XEFO50505JB	顺式-1,2-二氯乙烯	50.0	0.52	53.58	106.1	合格	100
	XEFO50505JB	氯仿	50.0	0.04	54.11	108.1	合格	100
	XEFO50505JB	1,2-二氯乙烷	50.0	0.00	54.31	108.6	合格	100
	XEFO50505JB	1,1,1-三氯乙烷	50.0	0.00	54.31	108.6	合格	100
	XEFO50505JB	四氯化碳	50.0	0.00	53.85	107.7	合格	100
	XEFO50505JB	苯	50.0	0.63	50.40	99.5	合格	100
	XEFO50505JB	1,2-二氯丙烷	50.0	0.00	55.22	110.4	合格	100
	XEFO50505JB	三氯乙烷	50.0	0.80	54.64	107.7	合格	100
	XEFO50505JB	1,1,2-三氯乙烷	50.0	0.66	50.66	100.0	合格	100
	XEFO50505JB	甲苯	50.0	0.47	55.10	109.3	合格	100
	XEFO50505JB	四氯乙烯	50.0	0.00	49.96	99.9	合格	100
	XEFO50505JB	1,1,1,2-四氯乙烯	50.0	0.00	51.64	103.3	合格	100
	XEFO50505JB	氯苯	50.0	0.41	55.58	110.3	合格	100
	XEFO50505JB	乙苯	50.0	0.26	57.16	113.8	合格	100
	XEFO50505JB	间,对-二甲苯	100.0	0.53	99.73	99.2	合格	100
	XEFO50505JB	苯乙烯	50.0	0.53	52.36	103.7	合格	100
	XEFO50505JB	邻二甲苯	50.0	0.61	56.70	112.2	合格	100
	XEFO50505JB	1,1,2,2-四氯乙烯	50.0	0.00	50.08	100.2	合格	100
	XEFO50505JB	1,2,3-三氯丙烷	50.0	0.00	51.90	103.8	合格	100
	XEFO50505JB	1,4-二氯苯	50.0	0.17	47.79	95.2	合格	100
	XEFO50505JB	1,2-二氯苯	50.0	0.56	46.74	92.4	合格	100
	XEFO50546JB	氯甲烷	50.0	0.00	54.15	108.3	合格	100
	XEFO50546JB	氯乙烷	50.0	0.00	58.07	116.1	合格	100
	XEFO50546JB	1,1-二氯乙烯	50.0	0.33	53.07	105.5	合格	100
	XEFO50546JB	二氯甲烷	50.0	0.00	53.17	106.3	合格	100
	XEFO50546JB	反式-1,2-二氯乙烯	50.0	0.15	51.91	103.5	合格	100
	XEFO50546JB	1,1-二氯乙烷	50.0	0.07	51.72	103.3	合格	100
	XEFO50546JB	顺式-1,2-二氯乙烷	50.0	0.06	51.59	103.1	合格	100
	XEFO50546JB	氯仿	50.0	0.42	52.60	104.4	合格	100



扫描全能王 创建

仅供内部使用

准确度试验 (必填)	XEFO50546JB	1,2-二氯乙烷	50.0	0.00	50.00	100.0	合格	100
	XEFO50546JB	1,1,1-三氯乙烷	50.0	0.00	50.00	100.0	合格	100
	XEFO50546JB	四氯化碳	50.0	0.00	48.30	96.6	合格	100
	XEFO50546JB	苯	50.0	0.31	49.40	98.2	合格	100
	XEFO50546JB	1,2-二氯丙烷	50.0	0.00	50.65	101.3	合格	100
	XEFO50546JB	三氯乙烯	50.0	0.00	53.87	107.7	合格	100
	XEFO50546JB	1,1,2-三氯乙烷	50.0	0.00	49.29	98.6	合格	100
	XEFO50546JB	甲苯	50.0	0.76	54.55	107.6	合格	100
	XEFO50546JB	四氯乙烯	50.0	0.00	49.88	99.8	合格	100
	XEFO50546JB	1,1,1,2-四氯乙烷	50.0	0.00	47.37	94.7	合格	100
	XEFO50546JB	氯苯	50.0	0.00	51.50	103.0	合格	100
	XEFO50546JB	乙苯	50.0	0.26	52.97	105.4	合格	100
	XEFO50546JB	间,对-二甲苯	100.0	0.58	102.72	102.1	合格	100
	XEFO50546JB	苯乙烯	50.0	0.15	49.91	99.5	合格	100
	XEFO50546JB	邻二甲苯	50.0	0.24	52.27	104.1	合格	100
	XEFO50546JB	1,1,2,2-四氯乙烷	50.0	0.00	40.08	80.2	合格	100
	XEFO50546JB	1,2,3-三氯丙烷	50.0	0.00	49.15	98.3	合格	100
	XEFO50546JB	1,4-二氯苯	50.0	0.00	45.97	91.9	合格	100
	XEFO50546JB	1,2-二氯苯	50.0	0.17	46.42	92.5	合格	100
	以下空白							
异常样品复检 (选填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(μg/L)	检测结果(μg/L)		相对误差RE(%)	结果评价	合格率
	以下空白							
异常样品复检 (选填)	样品编号	检测项目	复检日期	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	相对偏差 (%)	结果评价	复检合格率(%)
	以下空白							



检测实验室(盖章):									
3202061330006地块质量控制报告									
填表人:	无锡市中证检测技术有限公司				实验账号代码:	QYD-32-051			
样品类型:	土壤				审核人:	周伟伟			
分析方法:	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017				检测项目:	半挥发性有机物			
空白试验 (必填)	空白样品编号	检测项目	检测结果(mg/kg)	检测时间:	检出限(mg/kg)	结果评价	合格率%	林幸	
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	苯胺	ND	2020.06.25-2020.06.26	0.05	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	2-氯酚	ND		0.06	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	硝基苯	ND		0.09	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	萘	ND		0.09	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	苯并(a)蒽	ND		0.1	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	屈	ND		0.1	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	苯并(b)蒽	ND		0.2	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	苯并(k)蒽	ND		0.1	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	苯并(a)比	ND		0.1	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	茚并(1,2,3-cd)比	ND		0.1	合格	100		
	XEFO625TKB01 (实验室空白)	二苯并(a,h)蒽	ND		0.1	合格	100		
	XEFO625TKB02 (实验室空白)	苯胺	ND		0.05	合格	100		
	XEFO625TKB02 (实验室空白)	2-氯酚	ND		0.06	合格	100		
	XEFO625TKB02 (实验室空白)	硝基苯	ND		0.09	合格	100		
	XEFO625TKB02 (实验室空白)	萘	ND		0.09	合格	100		
	XEFO625TKB02 (实验室空白)	苯并(a)蒽	ND		0.1	合格	100		
	XEFO625TKB02 (实验室空白)	屈	ND		0.1	合格	100		
	XEFO625TKB02 (实验室空白)	苯并(b)蒽	ND		0.2	合格	100		
	XEFO625TKB02 (实验室空白)	苯并(k)蒽	ND		0.1	合格	100		
精密测试 (必填)	样品编号	检测项目	检测值A(mg/kg)	检测值B(mg/kg)	相对偏差RD(%)	结果评价	合格率%		
	XEFO50502	苯胺	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	2-氯酚	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	硝基苯	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	萘	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	苯并(a)蒽	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	屈	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	苯并(b)蒽	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	苯并(k)蒽	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	苯并(a)比	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	茚并(1,2,3-cd)比	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	二苯并(a,h)蒽	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50538	苯胺	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50538	2-氯酚	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50538	硝基苯	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	苯胺	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	2-氯酚	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	硝基苯	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	萘	ND	ND	/	合格	100		
	XEFO50502	苯并(a)蒽	ND	ND	/	合格	100		



精密度测试 (必填)	XEFO50538	蔡	XEFO50538PX	ND	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50538	苯并(a)蒽	XEFO50538PX	ND	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50538	屈	XEFO50538PX	ND	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50538	苯并(b)荧蒽	XEFO50538PX	ND	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50538	苯并(k)荧蒽	XEFO50538PX	ND	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50538	苯并(a)芘	XEFO50538PX	ND	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50538	芘并(1,2,3-cd)芘	XEFO50538PX	ND	ND	ND	/	合格	100
	XEFO50538	二苯并(ah)蒽	XEFO50538PX	ND	ND	ND	/	合格	100
	以下空白							合格	100
	样品编号	检测项目	加标量(mg/L)	样品检测结果(mg/L)	加标样品检测结果(mg/L)	加标回收率(%)		结果评价	合格率%
	XEFO50529JB	苯胺	2.00	0.000	1.70	85.0		合格	100
	XEFO50529JB	2-氯酚	2.00	0.000	1.82	91.0		合格	100
	XEFO50529JB	硝基苯	2.00	0.000	1.99	99.5		合格	100
	XEFO50529JB	蔡	2.00	0.039	1.79	87.6		合格	100
	XEFO50529JB	苯并(a)蒽	2.00	0.009	1.84	91.6		合格	100
准确度试验 (必填)	XEFO50529JB	屈	2.00	0.002	1.88	93.9		合格	100
	XEFO50529JB	苯并(b)荧蒽	2.00	0.001	1.77	88.4		合格	100
	XEFO50529JB	苯并(k)荧蒽	2.00	0.000	1.84	92.0		合格	100
	XEFO50529JB	苯并(a)芘	2.00	0.001	1.90	95.0		合格	100
	XEFO50529JB	芘并(1,2,3-cd)芘	2.00	0.000	1.61	80.5		合格	100
	XEFO50529JB	二苯并(ah)蒽	2.00	0.000	1.88	94.0		合格	100
	XEFO50538JB	苯胺	2.00	0.000	1.63	81.5		合格	100
	XEFO50538JB	2-氯酚	2.00	0.000	1.93	96.5		合格	100
	XEFO50538JB	硝基苯	2.00	0.000	1.87	93.5		合格	100
	XEFO50538JB	蔡	2.00	0.000	1.72	86.0		合格	100
	XEFO50538JB	苯并(a)蒽	2.00	0.012	1.80	89.4		合格	100
	XEFO50538JB	屈	2.00	0.002	1.86	92.9		合格	100
	XEFO50538JB	苯并(b)荧蒽	2.00	0.000	1.87	93.5		合格	100
	XEFO50538JB	苯并(k)荧蒽	2.00	0.000	1.80	90.0		合格	100
	XEFO50538JB	苯并(a)芘	2.00	0.000	1.78	89.0		合格	100
准确度试验 (必填)	XEFO50538JB	芘并(1,2,3-cd)芘	2.00	0.000	1.96	98.0		合格	100
	XEFO50538JB	二苯并(ah)蒽	2.00	0.000	1.73	86.5		合格	100
	以下空白							合格	100
异常样品复 检(选填)	标准物质编号	检测项目	标准值及其不确定度(mg/L)	检测结果(mg/L)		相对误差RE(%)		结果评价	合格率%
	以下空白								
	样品编号	检测项目	复检日期	基本值A(mg/kg)	复测值B(mg/kg)	相对偏差(%)		结果评价	复检合格率%
	以下空白								



扫描全能王 创建